

Certificado de Calibração

Página 01/01

Certificado N° 19035/26 Data Emissão: 09/02/2026 Solicitação N° 10479-1

Contratante: C & B FABRICACAO E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Endereço: AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO - 251 - LOJA 233 SHOPPING RIOMAR - PINA - RECIFE - PE
Solicitante: O MESMO

Instrumento Calibrado : TERMÔMETRO INFRAVERMELHO

Identificação: V058 Faixa de Indicação: -50 até +380 °C
Fabricante: FERIMTE Divisão: 0,1 °C Data de Calibração: 09/02/2026
Modelo: TC 0380 Série: ----

Resultado de Calibração:

Valor Referência	Indicação no Mensurando	Correção	Incerteza de Medição(±)	(k)-Fator de Abrangência
<i>Temperatura - °C</i>				
-5,3	-4,7	-0,6	0,1	2,00
25,3	25,8	-0,5	0,1	2,00
114,2	114,6	-0,4	0,3	2,00

Condição de Calibração:

A calibração foi realizada conforme procedimento técnico de calibração PTC-005, pelo método de comparação contra padrão de referência exposto a um meio térmico homogêneo.

Na condição ambiental de temperatura de (20±1) °C, e umidade relativa de (50 ± 10) %UR

Padrão Utilizado:

Multímetro Digital, Identificação: 1889002, Certificado N° RI11232/24 - SOCINTEC-RBC e Validade -03/09/2026

Termohigrômetro, Identificação: 4439743, Certificado N° RI14657/25 - SOCINTEC-RBC e Validade -03/09/2027

Termorresistência tipo Pt-100, Identificação: VA-08, Certificado N° RI14652/25 - SOCINTEC-RBC e Validade -05/09/2027

Observação:

A calibração foi realizada 3 medições por ponto.

A incerteza expandida (medição) $U_{95,45\%}$ relatada é baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um fator de abrangência k, para um nível de confiança de aproximadamente 95,45 %.

A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02

Esta calibração foi realizada com padrões de referências rastreáveis ao Sistema Internacional de Unidades (SI), estando de acordo com requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025/2017.

O presente certificado refere-se exclusivamente ao instrumento calibrado, sendo proibida sua reprodução parcial.

A validade de calibração do instrumento, quando apresentada neste certificado, é de responsabilidade do cliente.

Raniel Assis Setoue, Gerente Técnico, CFT-PE 05212318416

