

Certificado de Calibração

Página 01/01

Certificado N° 19077/26 Data Emissão: 11/02/2026 Solicitação N° 10470-1

Contratante: CASA DO MATUTO ATACADO LTDA
Endereço: R VEREADOR HORACIO FERRAZ CAVALCANTI - 140 - PONTEZINHA - CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE
Solicitante: O MESMO

Instrumento Calibrado : TERMÔMETRO INFRAVERMELHO

Identificação: V067 Faixa de Indicação: +34 até +42,9 °C
Fabricante: AIQURA Divisão: 0,1 °C
Modelo: AD801 Série: ----

Data de Calibração: 11/02/2026

Resultado de Calibração:

Valor Referência	Indicação no Mensurando	Correção	Incerteza de Medição(±)	(k)-Fator de Abrangência
Temperatura - °C				
36,3	36,2	0,1	0,1	2,00
36,8	36,6	0,2	0,1	2,00
37,8	37,6	0,2	0,1	2,00

Condição de Calibração:

A calibração foi realizada conforme procedimento técnico de calibração PTC-005, pelo método de comparação contra padrão de referência exposto a um meio térmico homogêneo.

Na condição ambiental de temperatura de $(20 \pm 1)^\circ\text{C}$, e umidade relativa de $(50 \pm 10)\%$ UR

Padrão Utilizado:

Multímetro Digital, Identificação: 1889002, Certificado N° RI11232/24 - SOCINTEC-RBC e Validade -03/09/2026

Termohigrômetro, Identificação: 4439743, Certificado N° RI14657/25 - SOCINTEC-RBC e Validade -03/09/2027

Termorresistência tipo Pt-100, Identificação: VA-08, Certificado N° RI14652/25 - SOCINTEC-RBC e Validade -05/09/2027

Observação:

A calibração foi realizada 3 medições por ponto.

A incerteza expandida (medição) $U_{95,45\%}$ relatada é baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um fator de abrangência k, para um nível de confiança de aproximadamente 95,45 %.

A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02

Esta calibração foi realizada com padrões de referências rastreáveis ao Sistema Internacional de Unidades (SI), estando de acordo com requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025/2017.

O presente certificado refere-se exclusivamente ao instrumento calibrado, sendo proibida sua reprodução parcial.

A validade de calibração do instrumento, quando apresentada neste certificado, é de responsabilidade do cliente.

Raniel Assis Setoue, Gerente Técnico, CFT-PE 05212318416

