

Certificado de Calibração

Página 01/01

Certificado N° 19150/26

Data Emissão:

24/02/2026

Solicitação N°

10448-4

Contratante: PROLLABOR - CLINICA INTEGRADA DE ESPECIALIDADES MEDICAS TERAPEUTICAS E SEGURANCA DO TRABALHO LTD

Endereço: R DELMIRO DE FARIAS - 596 - COMPLEMENTO 602 - JARDIM AMERICA - FORTALEZA - CE

Solicitante: O MESMO

Instrumento Calibrado : DOSÍMETRO DE RUÍDO

Identificação: 000555 Faixa de Indicação: 70 até 140 dB

Fabricante: INSTRUTHERM

Divisão: 0,1 dB

Data de Calibração: 24/02/2026

Modelo: DOS-1000

Série: 20061701349592

Resultado de Calibração:

Valor Referência	Indicação no Mensurando	Correção	Incerteza de Medição	(k)-Fator de Abrangência	Grau de Liberdade Efetivo
<i>Nível de Pressão Sonora (dB)</i>					
94,0	93,8	0,2	0,3	2,00	∞
114,0	114,0	0,0	0,3	2,00	∞

Notação: ∞ = Infinito**Procedimento de Calibração:**

A calibração foi realizada conforme procedimento técnico de calibração PTC-001 interna e NHO 01 de Fundacentro, pelo método de comparação contra Calibrador de Nível Sonoro de referência.

Norma de Referência e sua Especificação:IEC 60942-2020 - Calibrador de Nível Sonoro para Classe II : $\pm 0,4$ dB / Frequência de $\pm 1,7\%$ NHO-01 - Nível de Pressão Sonora tolerância: $\pm 1,0$ dB**Condição Ambiental:**Na condição ambiental de temperatura de (25 ± 5) °C, e umidade relativa de (50 ± 10) %UR**Padrão Utilizado:**

Calibrador de Nível Sonoro, Identificação: N830903, Certificado N° 158.961 - CHROMPACK-RBC e Validade -26/07/2026

Termohigrômetro, Identificação: 4439743, Certificado N° RI14657/25 - SOCINTEC-RBC e Validade -03/09/2027

Multímetro Digital, Identificação: 1889002, Certificado N° RI11232/24 - SOCINTEC-RBC e Validade -03/09/2026

Observação:

A calibração foi realizada 3 medições por ponto.

A incerteza expandida (medição) $U_{95,45\%}$ relatada é baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um fator de abrangência k, para um nível de confiança de aproximadamente 95,45 %.

A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02

Esta calibração foi realizada com padrões de referências rastreáveis ao Sistema Internacional de Unidades (SI), estando de acordo com requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025/2017.

O presente certificado refere-se exclusivamente ao instrumento calibrado, sendo proibida sua reprodução parcial.

A validade de calibração do instrumento, quando apresentada neste certificado, é de responsabilidade do cliente.

Raniel Assis Setoue, Gerente Técnico, CFT-PE 05212318416

